

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-242	REFERENCIA PS/EML/120523
PRODUCTO Analizador de inmunoensayo Dxl 9000 Access. Referencia C11137, UDI: 15099590732103	
VERSION SOFTWARE 1.20	
FABRICANTE Beckman Coulter, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR <ul style="list-style-type: none">Beckman Coulter S.L.U., Torre Realía, Plaza Europa 41-43, 4ª planta. 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.Beckman Coulter S.L.U., Calle de Valgrande, 8. 28108 Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el analizador de inmunoensayo Dxl 9000 Access, referencia C11137, debido a la posibilidad de que falle la inicialización del sistema debido a un aumento de los fallos del proceso de posicionamiento inicial en el suministrador de las cubetas de reacción durante la misma.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

