

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-243	REFERENCIA PS/MAM/120585
PRODUCTO Analizadores de química clínica AU480 y AU680. Ver referencias y números UDI en la nota de aviso de la empresa.	
Nº SERIE Analizador AU480: De 10155 a 2025021482 Analizador AU680: De 10436 a 2022087656	
FABRICANTE Beckman Coulter, Inc. EEUU.	
DISTRIBUIDOR Beckman Coulter S.L.U. con dos sedes: <ul style="list-style-type: none">Torre Realía. Pza de Europa 41-43 4ª planta, L'Hospitalet de Llobregat, 08908 Barcelona.Calle de Valgrande 8 Alcobendas, 28108 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados analizadores de química clínica AU480 y AU680, que contengan sondas de muestras MU993400 con números de lote de 178713114 a 179433670, debido a la posibilidad de que se produzcan resultados bajos falsos debido a problemas de dispensación de la muestra.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

