

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| | |
|---|------------------------------------|
| Nº DE ALERTA: 2025-247 | REFERENCIA PS/AVG/120430 |
| PRODUCTO Bombas de infusión ambulatorias CADD-Solis y CADD-Solis VIP. | |
| FABRICANTE ICU Medical Inc, EEUU. | |
| DISTRIBUIDOR Smiths Medical España, SRL. Avenida Diagonal 635, 08028, Barcelona. | |
| ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con las bombas de infusión CADD-Solis y CADD-Solis VIP, debido a que, en determinadas condiciones, se puede activar una alarma de oclusión proximal errónea, produciendo una interrupción de la infusión. | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa. | |



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

