

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-249	REFERENCIA PS/MAM/120658
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none">Luer macho cerrado BD Texium.Jeringa BD Texium 3 mL, 5 mL, 10mL y 20mL que contienen el componente Luer macho cerrado Texium. Ver referencias, número UDI y lotes afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE BD Switzerland Sàrl. Suiza.	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson España. Camino de Valdeoliva, s/n, 28750, San Agustín de Guadalix, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados lotes del componente Luer macho cerrado BD Texium y de las jeringas BD Texium de 3 mL, 5 mL, 10mL y 20mL que contienen el componente Luer macho cerrado Texium, debido a la posibilidad de que presenten fugas durante el uso en la interfaz de conexión entre el componente Texium y el conector sin aguja SmartSite.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

