

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-255	REFERENCIA PS/VBR/120166
PRODUCTO Optilene Silver Mesh LP y Optilene Silver Mesh Elastic. Ver referencias y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Implantes de malla para el refuerzo de estructuras de tejido conectivo.	
FABRICANTE B. Braun Surgical, S.A. España.	
DISTRIBUIDOR B. Braun Medical, S.A.U. Carretera de Terrassa, 121, 08191, Rubí, Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de Optilene Silver Mesh LP y Optilene Silver Mesh Elastic, debido a que no se pueden garantizar las propiedades antimicrobianas de dichas mallas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

