

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-407	<b>REFERENCIA</b> PS/VBR/123950
<b>PRODUCTO</b> Grúa de elevación Invacare Birdie.	
<b>FABRICANTE</b> Invacare Portugal, Lda., Portugal.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Invacare Portugal, Lda., Rua da Estrada Velha, 949, 4465-748, Leça do Balio, Portugal.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso relacionadas con la grúa de elevación Invacare Birdie, debido a la posibilidad de que el mosquetón no se encuentre en la posición correcta de montaje en el brazo de la grúa, y de que la percha no se encuentre correctamente fijada en el mosquetón.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li><li>• Nota informativa PS, 46/2025</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

