

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-429	REFERENCIA PS/RJC/124278
PRODUCTO <ul style="list-style-type: none"> • Corpuls3. • Corpuls3 Touch. 	
FINALIDAD PREVISTA Monitorización de parámetros vitales y desfibrilación.	
FABRICANTE GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Hospital Hispania, S.L. Centro empresarial DELTA - Oficina 3, Avenida Camino de lo Cortao Nº6, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los monitores/desfibriladores Corpuls3 y Corpuls3 Touch debido a la actualización de las instrucciones de uso para reforzar el uso correcto del producto y enfatizar que la ejecución y verificación de las comprobaciones diarias del dispositivo son obligatorias.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

