

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-431	REFERENCIA PS/PF/124807
PRODUCTO Atellica CH Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein (UCFP), nº de material de siemens 11097543 UDI 00630414279206	
FINALIDAD PREVISTA Determinación cuantitativa de proteínas totales en orina y líquido cefalorraquídeo utilizando los analizadores Atellica CH o Atellica CI.	
FABRICANTE Siemens Healthcare Diagnostics Inc, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Siemens Healthcare S.L.U., Avenida Leonardo Da Vinci, 15, 28906 Getafe.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los ensayos Atellica CH Urinary/Cerebrospinal Fluid Protein debido a la posibilidad de que se produzcan resultados falsamente bajos de pacientes, de control de calidad o de calibración.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

