

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-262	REFERENCIA PS/MJF/120344
PRODUCTO Aplicación Dexcom G7 iOS. UDI: 00386270001863	
FINALIDAD PREVISTA Aplicación para iOS del sistema de monitorización continua de glucosa (MCG) Dexcom G7.	
VERSION SOFTWARE 2.7	
FABRICANTE Dexcom Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Dexcom España, Av. de Aragón, 330, San Blas-Canillejas, 28022 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de software de la aplicación Dexcom G7 para iOS, debido a la posibilidad de que deje de actualizar los valores estimados de glucosa, lo que podría provocar que las alertas de glucosa no se activen.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Nota informativa PS, 25/2025	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

