

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-434	REFERENCIA PS/PRV/124255
PRODUCTO Válvulas hemostáticas PhD. Ver referencias y lotes afectados en el listado adjunto de referencias y lotes afectados.	
FINALIDAD PREVISTA Mantiene la hemostasia durante la introducción/retirada y uso de dispositivos de diagnóstico e intervención.	
FABRICANTE Merit Medical Systems, Inc. EE.UU.	
DISTRIBUIDOR Merit Medical Spain C/ Rozabella (ed Paris) nº 6 C.P. 28290 Las Rozas (Madrid)	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas referencias y números de lote de las válvulas hemostáticas PhD, debido a la posibilidad de fugas de sangre durante la intervención por un problema de fabricación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Listado de referencias y lotes afectados.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

