

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-445	REFERENCIA PS/PRV/125085
PRODUCTO Catéter para ventilación de ventrículo izquierdo DLP. Modelos: 12110, 12113, 12115 Ver UDI de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Ventilación del lado izquierdo del corazón en intervenciones de bypass cardiopulmonar.	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en el Anexo A de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Medtronic Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica. C/María de Portugal, 11. 28050 Madrid	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados modelos y números de lote de los catéteres para ventilación de ventrículo izquierdo DLP, debido a la posibilidad de que no conserven la forma deseada al doblarlos, pudiendo causar abrasión o perforación de tejido cardíaco.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

