

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-447	REFERENCIA PS/MJF/124113
PRODUCTOS Monitores de diálisis Surdial X. Ver detalle de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.	
Nº SERIE Ver nº ^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Nipro Corporation, Japón.	
DISTRIBUIDOR Nipro Medical Spain S.L.U Polígono Los Frailes nº 93 y 94 C.P. 28814 Daganzo de Arriba (Madrid).	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados monitores de diálisis Surdial X con bombas de accionamiento magnético P1 Tipo 2 o Tipo 3, debido a que un deterioro mecánico progresivo del motor de la bomba podría provocar la introducción de partículas finas o residuos en el líquido de diálisis.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

