

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-448	PS/TS/125124
PRODUCTO	
Dispositivo de aspiración-irrigación ELEFANT® UDI-DI: 57089326359008 Modelos: ASP145 – ASP150 – ASP165 – ASP170 - ASP18x	
NºS LOTE	
0361464, 10361465, 10361467, 10361468, 10361470, 10361472, 10361473, 10361474, 10361477, 10376805, 10376808, 10376909, 10376810, 10376811, 10376814, 10376817, 10376821, 10376822, 10376824, 10376825, 10392400, 10392416, 10392418, 10392420	
FABRICANTE	
Coloplast A/S, Dinamarca.	
DISTRIBUIDOR	
Coloplast Productos Médicos. C/ Condesa de Venadito, 5 -4º C.P. 28027 Madrid	
ASUNTO	
Cese de utilización de determinados lotes del dispositivo de aspiración-irrigación ELEFANT® debido a que podrían no funcionar correctamente ya que no pueden realizar la aspiración o irrigación.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

