

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-452	<b>REFERENCIA</b> PS/MJF/125355
<b>PRODUCTO</b> Bomba de aspiración/irrigación StrykeFlow 2: <ul style="list-style-type: none"> <li>Aspirador/irrigador desechable sin punta desechable. Referencia 0250070500.</li> <li>Aspirador/irrigador desechable con punta desechable. Referencia 0250070520.</li> </ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Diseñada para utilizarse con una sonda laparoscópica para permitir una irrigación y una succión controladas durante procedimientos quirúrgicos laparoscópicos.	
<b>Nº LOTE</b> Ver nºs de lote afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> Stryker Endoscopy a division of Stryker Corporation, EE UU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Stryker Iberia, S.L. C/ Sepúlveda, 17. 28108 Alcobendas, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de la bomba de aspiración/irrigación StrykeFlow 2, referencias 0250070500 y 0250070520, debido a la posibilidad de que presenten fugas o emitan solución salina vaporizada durante su uso.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

