

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nº DE ALERTA: 2025-454 | REFERENCIA PS/TS/125291 |
| PRODUCTO Triage Troponin I test. Código 98600EU. UDI-DI: 30014613338024 | |
| FINALIDAD PREVISTA Determinación cuantitativa de troponina I en muestras de sangre total y plasma anticoaguladas con EDTA. | |
| Nº LOTE T15350N | |
| FABRICANTE Quidel Corporation, EE.UU. | |
| DISTRIBUIDOR Werfen España SAU Calle Roma, 2. Polígono Industrial. Senda de los Pastores, Parcela 1. C.P. 16400 Tarancón (Cuenca). | |
| ASUNTO Cese de utilización del lote T15350N de Triage® Troponin I test debido a que se podrían obtener resultados falsamente elevados. | |
| DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa para los clientes | |



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

