

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-259	REFERENCIA PS/PL/120965
PRODUCTO Dxl 9000 Access, referencia C11137. UDI: 15099590732103.	
FINALIDAD PREVISTA Analizador de inmunoensayo para la determinación cuantitativa, semicuantitativa o cualitativa de diversas concentraciones de analitos de fluidos de cuerpo humano.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
VERSION SOFTWARE 1.20.	
FABRICANTE Beckman Coulter, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Beckman Coulter S.L.U., Plaza Europa 41-43, 08908 L'Hospitalet De Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con la versión de software 1.20 del analizador Dxl 9000 Access, debido a la posibilidad de obtener resultados falsamente elevados o provocar retrasos en el diagnóstico y tratamiento del paciente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.