

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-455	<b>REFERENCIA</b> PS/PL/125315
<b>PRODUCTO</b> Depósito de casete de medicación CADD de 50 y 100 mL. Ver modelos y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Se acoplan directamente a las bombas, para ayudar a proporcionar seguridad en la administración de fármacos.	
<b>FABRICANTE</b> ICU Medical Inc, EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Smiths Medical España, SRL, Avenida Diagonal 635, 08028 Barcelona.	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización de determinados lotes y modelos de los depósitos de casete de medicación CADD de 50 ml y 100 ml debido a la posibilidad de fuga de medicamento a lo largo del perímetro de la bolsa.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

