

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-466	REFERENCIA PS/EML/126308
PRODUCTO STA Liatest D-Di Plus. Referencia: 0062. UDI: (01)03607450006629(11)240630(17)250930(10)271410(241)00662.	
FINALIDAD PREVISTA Ayuda para el diagnóstico de la enfermedad tromboembólica venosa (ETV).	
Nº LOTES 271330 y 271410.	
FABRICANTE Diagnostica Stago, Francia.	
DISTRIBUIDOR Diagnostica Stago S.L.U, Plaza Europa 9-11 planta 17 L'hospitalet de Llobrega 08908 Barcelona.	
ASUNTO Cese de utilización de los lotes 271330 y 271410 de la prueba STA Liatest D-Di Plus, debido a la posibilidad de que exista una infraestimación de los niveles de dímero D (D-Di) al usar los lotes indicados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

