

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSIFICADO**

Nº DE ALERTA: 2025-465	REFERENCIA PS/VCG/LS/7810
PRODUCTO Equipos láser para uso médico: Equipos de luz pulsada intensa + láser Diodo y equipos de láser fraccional de CO2	
FABRICANTE Beijing Globalipl Development Co., Ltd., China	
REPRESENTANTE AUTORIZADO MedNet EC-REP GmbH, Alemania	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falsificado	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falsificado: <ul style="list-style-type: none"> • Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierung Medizinprodukte (0123) • Número de certificado: G1.002325.0002. Rev.01 • Fabricante: Beijing Globalipl Development Co., Ltd • Producto: Equipos láser para uso médico: Equipos de luz pulsada intensa + láser Diodo y equipos de láser fraccional de CO2 • Fecha de emisión: 28 de octubre de 2023 • Fecha de caducidad: 31 de diciembre de 2027 <p>El Organismo Notificado TÜV SÜD Product Service GmbH Zertifizierung Medizinprodukte emitió anteriormente un certificado de marcado CE con el mismo número, para el mismo fabricante y los mismos productos, válido desde el 24 de febrero de 2020 y con fecha de caducidad del 27 de octubre de 2023. Sin embargo, en el certificado falsificado aparece indicado que el certificado es válido desde el 28 de octubre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2027.</p> <p>Lo que se comunica a efectos de control de mercado</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <ul style="list-style-type: none"> • Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 52/2025 • Certificado de marcado CE falsificado 	

