

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-261	REFERENCIA PS/CMAG/121018
PRODUCTO Catéter intravenoso de seguridad BD Insyte Autoguard. Referencias: 382944, 381811 y 381923. UDI: 00382903829446, 00382903818112 y 00382903819232.	
FINALIDAD PREVISTA Catéter que se inserta en el sistema vascular de un paciente para tomar muestras de sangre, supervisar la presión sanguínea o administrar líquidos.	
Nº LOTE 4298108, 4208538 y 4282308.	
FABRICANTE Becton Dickinson Infusion Therapy Systems INC, EE.UU.	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson, S.A. Camino de Valdeoliva, s/n. 28750 San Agustín de Guadalix, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización de los lotes 4298108, 4208538 y 4282308 del catéter intravenoso de seguridad BD Insyte Autoguard debido a la posibilidad de que la aguja no se retraiga o se retraiga lentamente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

