

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-472	REFERENCIA PS/EML/125233
PRODUCTO Productos VYNTUS con opción de rinomanometría y presión inspiratoria nasal por inhalación. (SNIP/RHINO). Ver referencias y números de artículo en el Anexo A de la nota de aviso.	
FINALIDAD PREVISTA Accesorios para la rinomanometría (RHINO) que permite evaluar la función ventiladora de la nariz y para la presión inspiratoria nasal por inhalación (SNIP) que permite la medida no invasiva de la fuerza muscular inspiratoria.	
FABRICANTE Jaeger Medical GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Hospital Hispania, Av. Camino de lo Cortao, 6, 28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los productos VYNTUS con opción de rinomanometría y presión inspiratoria nasal por inhalación, debido a que carecen de instrucciones de limpieza y desinfección adecuadas, por lo que están diseñados para un solo uso y deben desecharse después de su uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

