

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-477	REFERENCIA PS/PRV/125317
PRODUCTO Kit de determinación de antígenos ID-Anti-S, Referencia: 007132. UDI: 07611969069514 Suero de prueba ID-Anti-M, N, S, s, Fya, Fyb. Ref: 008712. UDI: 07611969069552	
FINALIDAD PREVISTA Destinados a ser utilizados para la detección de determinados antígenos en suero o plasma de donantes de sangre.	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE DiaMed GmbH. Suiza.	
DISTRIBUIDOR Bio-Rad Laboratories S.A. Avda Bruselas 20, Edificio Gorbea 4. 28108, Alcobendas, Madrid.	
ASUNTO Cese de utilización del lote 0033454701 del Kit ID-Anti-S, referencia 007132, y de determinados lotes del suero de prueba ID-Anti-M, N, S, s, Fya, Fyb, referencia 008712, debido a la posibilidad de obtener resultados falsos positivos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

