

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-481	REFERENCIA PS/CMAG/126579
PRODUCTO Calentador de sangre y fluidos HOTLINE HL-90 modelos HL-90-INT-230 y HL-90-SP-230.	
FINALIDAD PREVISTA Calentador de sangre y fluidos intravenosos a temperatura normotérmica y en condiciones de flujo por gravedad.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE ICU Medical Inc, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Smiths Medical España SRL. Avenida Diagonal no 635, Barcelona, 08028.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con determinados números de serie del calentador de sangre y fluidos HOTLINE HL-90 debido a la ausencia de aislantes en sus placas de circuito impreso (PCB) internas.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

