

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-263	REFERENCIA PS/PRV/120274
PRODUCTO Kit Alinity m Resp-4-Plex AMP, referencia: 09N79-090. Ver los UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Prueba multiplex de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con transcripción inversa (RT) en tiempo real para la detección cualitativa y la diferenciación del ARN del virus de la influenza A (gripe A), virus de la influenza B (gripe B), virus respiratorio sincitial (RSV) y SARS-CoV-2 en muestras de hisopos nasofaríngeos (NP).	
Nºs LOTE 409383, 410627, 411921.	
FABRICANTE Abbott Molecular, Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Abbott Diagnostic European distribution. Max-Planck-Ring, 2. 65205, Wiesbaden. Alemania.	
ASUNTO Cese de utilización los lotes 409383, 410627 y 411921 del Kit Alinity m Resp-4-Plex AMP, referencia 09N79-090, debido a la posibilidad de obtener resultados falsamente positivos para la gripe B y el virus respiratorio sincitial.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

