

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-490	REFERENCIA PS/PL/126575
PRODUCTO Analizador Erytra, código del producto 210400 y UDI 08436583730935.	
FINALIDAD PREVISTA Análisis de determinación del grupo sanguíneo y pruebas de compatibilidad pretransfusional de forma totalmente automatizada.	
VERSION SOFTWARE 4.5.0 y 4.6.0.	
FABRICANTE Diagnostic Grifols S.A., España.	
DISTRIBUIDOR Diagnostic Grifols S.A., Passeig Fluvial, 24, 08150 Parets del Vallés, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con las versiones de software 4.5.0 y 4.6.0 del analizador Erytra debido a la posibilidad de que se asignen resultados incorrectos en una prueba que ha sido cancelada automáticamente y reprogramada.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

