

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-494	REFERENCIA PS/VBR/125812
PRODUCTO Variante HEYEX 2/HEYEX PACS del software Ashvins. UDI: 4260648620046.	
FINALIDAD PREVISTA Software modular para ver, notificar, procesar, almacenar, imprimir y archivar, así como para el intercambio y la distribución o la distribución basada en web de imágenes médicas digitales multimodales, inclusive imágenes mamográficas y bioseñales, o resultados e información demográfica.	
VERSION SOFTWARE Desde la versión 2.6.0 (Build 2088) hasta la versión 2.6.8 (Build 2220).	
FABRICANTE MedicalCommunications GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR W.M. Bloss S.A. C/ Concilio de Trento, 37-39, 08018, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con la variante HEYEX 2/HEYEX PACS del software Ashvins, desde la versión 2.6.0 (Build 2088) hasta la versión 2.6.8 (Build 2220), debido a la posibilidad de que, al utilizar la función de medición de forma libre en el visualizador multimodal, el valor medido sea inferior al área real.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

