

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-498	REFERENCIA PS/PRV/126145
PRODUCTO Monitor desfibrilador DEFIGARD HD-7.	
FINALIDAD PREVISTA Monitorización y desfibrilación externa automatizada.	
Nº SERIE Desde 130980000126 a 130980002352.	
FABRICANTE Schiller Medical, Francia.	
DISTRIBUIDOR Schiller España S.A.U. C/ Dublín, 1 - Oficina 2 Európolis, Las Rozas 28232, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los números de serie comprendidos entre 130980000126 y 130980002352 de los monitores desfibriladores DEFIGARD HD-7, debido a la posibilidad de que las paletas de desfibrilación extraíbles para adultos produzcan contactos eléctricos intermitentes por un problema de fatiga mecánica del muelle de los adaptadores de adulto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa.• Guía de usuario, punto 5.3: Desfibrilación manual con palas.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

