

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-507	REFERENCIA PS/SSP/126629
PRODUCTO Catalyft PL y PL40.	
FINALIDAD PREVISTA Dispositivo intervertebral expandible que se utiliza en procedimientos de fusión lumbar posterior.	
FABRICANTE Medtronic Sofamor Danek USA, Inc. Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica. C/María de Portugal, 11. 28050 Madrid. LEVINNOVA MEDICAL SL, Avenida de Los Pinos 8, Bajo, Murcia, 30009.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso del implante Catalyft PL y PL40 debido a la posibilidad de que se produzca pérdida de lordosis.	
RECOMENDACIONES AEMPS La AEMPS, consultada su red de expertos en la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología, considera adecuadas las acciones llevadas a cabo por la empresa y las recomendaciones para el seguimiento de los pacientes implantados.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

