

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-511	REFERENCIA PS/EML/126496
PRODUCTOS <ul style="list-style-type: none">Airvo 2, modelo PT101EW, UDI: 09420012422286.myAirvo 2, modelo PT100EW, UDI: 09420012422194.	
FINALIDAD PREVISTA Administración de terapia respiratoria de alto flujo que administra gases respiratorios calentados y humidificados en pacientes que no requieren soporte vital.	
FABRICANTE Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Nueva Zelanda.	
DISTRIBUIDOR Fisher & Paykel Healthcare SAS, France.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con los dispositivos Airvo 2 y myAirvo 2, debido a la posibilidad de que la alarma sonora que se activa cuando la unidad se desconecta accidentalmente de una fuente de alimentación dure menos tiempo del esperado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresaManual del usuario del kit de desinfección actualizado	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

