

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-513	REFERENCIA PS/AVG/126730
PRODUCTO Sondas de vitrectomía: <ul style="list-style-type: none">• CONSTELLATION ULTRAVIT 10K• CONSTELLATION HYPERVIT 20K Packs de procedimiento para cirugía y CUSTOM PAK que contengan sondas CONSTELLATION ULTRAVIT 10K e HYPERVIT 20K Ver nombres y número de catálogo afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Alcon Laboratories Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Alcon Healthcare S.A. World Trade Center Almeda Park, Plaça de la Pau s/n, Edificio 6, planta 3, 08940, Cornellà de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas sondas de vitrectomía CONSTELLATION ULTRAVIT 10K y CONSTELLATION HYPERVIT 20K de Alcon, debido a la posibilidad de fallos en el accionamiento y el corte durante su uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

