

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-267	<b>REFERENCIA</b> PS/TS/120613
<b>PRODUCTO</b> Videoduodenoscopio Evis Exera III. Modelo TJF-Q190V. Componentes: <ul style="list-style-type: none"><li>• N5992960, UDI-DI: 04953170407314</li><li>• N5992950, UDI-DI: 04953170416040</li><li>• N5425051, UDI-DI: 04953170436260</li></ul>	
<b>FABRICANTE</b> Olympus Medical Systems Corporation, Japón.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Olympus Iberia S.A.U. Pl. Europa, 10 C.P. 08902 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados componentes del videoduodenoscopio Evis Exera III, modelo TJF-Q190V, debido a que se ha decidido eliminar del manual de reprocesado el apartado "Remojo previo del endoscopio", ya que posponer la limpieza manual en más de una hora puede aumentar los niveles de contaminación microbiana.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

