

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-533	REFERENCIA PS/SSP/127825
PRODUCTO Duodenoscopios TJF-Q190V/TJF-Q290V/TJF-Q170V ("TJF"). Ver números de UDI-DI en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Endoscopio gastrointestinal flexible que se utiliza en procedimientos como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica.	
FABRICANTE Olympus Medical Systems Corporation, Japón.	
DISTRIBUIDOR Olympus Iberia S.A.U. Pl. d'Europa, 10. 08902 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.	
ASUNTO Advertencia de seguridad relacionada con los duodenoscopios TJF-Q190V/TJF-Q290V/TJF-Q170V para actualizar y reforzar la información del reprocesado.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa• Manual de instrucciones actualizado• Guía de inspecciones visual	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

