

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-534	REFERENCIA PS/PL/127802
PRODUCTO Asas diatérmicas de un solo uso: <ul style="list-style-type: none"> • SnareMaster Plus Caliente/Frío 10 mm, referencia N5998230 y modelo SD-400U-10 • SnareMaster Plus Caliente/Frío 15 mm, referencia N5998330 y modelo SD-400U-15 UDI-DI: 04953170408243	
FINALIDAD PREVISTA Se utilizan con un endoscopio Olympus, para la extirpación y/o cauterización de pólipos diminutos, pólipos sésiles, pólipos pedunculados y tejido del tracto gastrointestinal	
Nº LOTE Ver nºs de lote afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Olympus Medical Systems Corporation, Japón.	
DISTRIBUIDOR Olympus Iberia, S.A.U., Pl. Europa, 10 08902 L'Hospitalet de Llobregat.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinadas asas diatérmicas SnareMaster Caliente/Frío de 10 y 15 mm, debido a la posibilidad de que podría estar comprometida la esterilidad del producto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

