

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-537	REFERENCIA PS/PRV/127614
PRODUCTO Bombas de jeringa BD Alaris y kits de repuesto específicos. Ver números de catálogo y de UDI afectados en las tablas 1 y 2 de la nota de aviso.	
FINALIDAD PREVISTA Utilizadas para infusión de tratamientos enterales por vía nasogástrica u orogástrica o por medio de gastrostomía.	
Nº SERIE Ver nºs de serie afectados en el enlace a la página web en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE BD Switzerland Sàrl, Suiza.	
DISTRIBUIDOR Becton Dickinson España. Camino de Valdeoliva, s/n, 28750, San Agustín de Guadalix, Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas bombas de jeringa BD Alaris y algunos de sus kits de repuesto específicos, debido a la posibilidad de que hayan sido fabricados con componentes defectuosos del teclado, pudiendo causar retrasos en el inicio o interrupciones durante la infusión.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

