

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-541	<b>REFERENCIA</b> PS/SSP/127546
<b>PRODUCTO</b> AW Server. Ver versiones de software y UDIs afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Sistema de software médico que permite a múltiples usuarios acceder remotamente a las aplicaciones de AW desde ordenadores compatibles en red. El sistema permite la conexión en red, la selección, el procesamiento y la filmación de imágenes DICOM multimodales.	
<b>FABRICANTE</b> GE Medical Systems SCS, Francia	
<b>DISTRIBUIDOR</b> General Electric Healthcare España S.A., C/ Gobelos 35-37, 28023 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con los productos AW Server, debido a la existencia de una posible vulnerabilidad de los servidores si no se configura una contraseña compleja, lo que podría poner en peligro la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de los pacientes.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

