

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
 PRODUCTOS FALSIFICADOS**

Nº DE ALERTA: 2025-553	REFERENCIA PS/VCG/CCF/7721		
PRODUCTO Preservativos Durex			
FABRICANTE Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Ltd., Reino Unido			
REPRESENTANTE AUTORIZADO No figura			
ASUNTO Detección de unidades falsificadas de preservativos Durex en el mercado español			
INFORMACIÓN ADICIONAL <p>La AEMPS ha tenido conocimiento de la venta en un establecimiento comercial de Salamanca, España, de unidades falsificadas de dos modelos de preservativos de la marca Durex. El distribuidor de los productos Durex en España, Reckitt Benckiser Healthcare, S.A., ha confirmado que los productos no son originales porque el lote utilizado en ambos modelos corresponde al producto Durex Fetherlite pack de 3, fabricado en sus instalaciones en 2011 con caducidad 09/2016.</p> <p>En la siguiente tabla se muestra la relación de los modelos y los lotes afectados:</p>			
	Modelo del producto falsificado	Número de lote y fecha de caducidad del producto falsificado	
	Modelo Pleasuremax	Lote 0010471127 Caducidad 2026-10	
	Modelo Mutual climax	Lote 0010471127 Caducidad 2026-10	
DOCUMENTOS ADJUNTOS <input type="checkbox"/> Nota informativa de la AEMPS, referencia PS, 56/2025			

