

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-561	REFERENCIA PS/MJF/127483
PRODUCTO Sondas gástricas Salem Sump con válvula antirreflujo (ARV) Ver códigos de los productos afectados en el anexo 1 de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA <ul style="list-style-type: none">Las sondas gástricas de doble vía Salem Sump están diseñadas para la descompresión gástrica en pacientes mayores de dos años.La válvula antirreflujo Salem Sump ayuda a prevenir la salida del contenido estomacal del lumen secundario de las sondas gástricas de doble vía Salem Sump.Las sondas gástricas Salem Sump con conexión ENFit están diseñadas para la descompresión gástrica y la administración de nutrición, líquidos y medicamentos. El dispositivo está diseñado para pacientes mayores de dos años.	
FABRICANTE Cardinal Health 200, LLC; EEUU.	
DISTRIBUIDOR Cardinal Health Spain 511 S.L; C/ Príncipe de Vergara 131. 28002 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados códigos de sondas gástricas Salem Sump con válvula antirreflujo (ARV), debido a la posibilidad de rotura de la válvula antirreflujo por un uso incorrecto de ésta.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

