

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-567	REFERENCIA PS/VBR/127972
PRODUCTO Ultramat S. Referencia: 5546058. UDI-DI: 9336472005542.	
FINALIDAD PREVISTA Amalgamador dental de alta velocidad para mezclar productos encapsulados, como amalgamas y cápsulas de ionómero de vidrio.	
Nº SERIE 144445 y superiores.	
FABRICANTE SDI Limited, Australia.	
DISTRIBUIDOR Ver listado anexo de distribuidores.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el nº de serie 144445 y superiores del amalgamador dental Ultramat S, referencia 5546058, debido a la posibilidad de que el usuario sufra un calambre si se desenchufa la unidad de la toma de corriente y acto seguido toca las clavijas del enchufe.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

