

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-573	REFERENCIA PS/SSP/127654
PRODUCTO Equipos de alimentación enteral FreeGo. Ver modelos, y UDIs afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Abbot, Irlanda.	
DISTRIBUIDOR Abbott Laboratories S.A. Avenida de Burgos, 91, 28050, Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de los equipos de alimentación enteral FreeGo, por un posible uso incorrecto simultáneo del puerto de lavado y del puerto de la bomba de alimentación, lo que podría provocar un mal funcionamiento de la bomba.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa.• Instrucciones de uso.• Nota informativa PS 57, 2025.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

