

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-577	REFERENCIA PS/AVG/128237
PRODUCTO Dispositivo de atomización para mucosa intranasal DART. Números de modelo: <ul style="list-style-type: none">• DART100. UDI-DI: 00841470100308• DART110. UDI-DI: 00841470100292• DART140. UDI-DI: 00841470100674• DART300. UDI-DI: 00841470100285	
Nº LOTE Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Pulmodyne Inc., EEUU.	
DISTRIBUIDOR Intersurgical España, S.L.U., Calle Plasencia 39, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de los dispositivos de atomización para mucosa intranasal DART, debido a la posibilidad de fugas durante la atomización.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">• Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

