

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-563	REFERENCIA PS/MBF/128277
PRODUCTO Kits de reactivos de secuenciación NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 Ver catálogo y UDI en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Secuenciación de librerías de muestras cuando se usa en ensayos validados.	
Nº LOTE Ver nº ^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Illumina, Inc., Estados Unidos	
DISTRIBUIDOR <ul style="list-style-type: none"> • Illumina Productos España S.L.U, Plaza Pablo Ruiz Picasso, No 1, Torre Picasso – Planta 38, 28020 Madrid • Diagnostica Longwood S.L., Avda. Diagonal Plaza 40, 50197 Zaragoza • Genycell Biotech España S.L., C/ Garrido Atienza Parc 2, 18320 Santa Fe (Granada) 	
ASUNTO Cese de utilización de determinados lotes de los kits de reactivos de secuenciación NextSeq 550Dx High Output Reagent Kit v2.5 debido a la posibilidad de fugas en la celda de flujo durante los experimentos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.