

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-575	<b>REFERENCIA</b> PS/PRV/127486
<b>PRODUCTO</b> Nebulizador de malla portátil AirICU. Fabricados entre el 30 de junio de 2023 y el 11 de diciembre de 2024.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Nebuliza medicamentos líquidos en terapias de inhalación.	
<b>Nº LOTE</b> Ver nºs de lote afectados en el apéndice 1 de la nota de aviso de la empresa	
<b>FABRICANTE</b> FEELLIFE HEALTH INC., República Popular China.	
<b>DISTRIBUIDORES</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• VEST CRHV MEDICAL SERVICES, S.L., Avenida de la Victoria, 87. Planta 1. 28023 Madrid</li><li>• MATCLINIC S. L., Polígono Industrial L'Horta Vella Calle 5, Nº 5, Betera. 46117. Valencia.</li></ul>	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado de determinados lotes del nebulizador de malla portátil AirICU debido a la posibilidad de que contengan unas instrucciones de uso con las contraindicaciones incompletas y que esté equipado con una placa de malla nebulizadora plástica que no ha pasado el proceso de evaluación de la conformidad de acuerdo a la normativa europea.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

