

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-601	REFERENCIA PS/TS/128229
PRODUCTO API VIDAL Sécurisation. UDI-DI básico: 3666075VSENT000001FS	
FINALIDAD PREVISTA Proporciona, bajo demanda, una búsqueda de productos sanitarios y un análisis de receta médica de una o varias líneas de prescripción de medicamentos para un paciente determinado. Este análisis enumera un conjunto de riesgos probados o potenciales relacionados con el perfil del paciente en cuestión.	
FABRICANTE Vidal France, Francia	
DISTRIBUIDOR Vidal Vademecum Calle de Cochabamba, 24 28016 Madrid	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con API Vidal Sécurisation, debido a que se podría producir una prescripción incorrecta de metrotexato si no se toman en cuenta las advertencias de las alertas emitidas por el sistema.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

