

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-611	REFERENCIA PS/SSP/129465
PRODUCTO Aplicación del programador del médico Restore, modelo A71100.	
FINALIDAD PREVISTA Programar la familia Restore de neuroestimuladores implantables para estimulación medular.	
VERSION SOFTWARE Previas a v1.0.4489	
FABRICANTE Medtronic, Inc. Estado Unidos.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica S.A. Calle María de Portugal, 11 28050 Madrid. España.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el modelo A71100 de la aplicación del programador del médico Restore, debido a la imposibilidad de borrar el mensaje de reiniciación del dispositivo, lo que podría impedir la reanudación de la terapia.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

