

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-615	REFERENCIA PS/MBF/129297
PRODUCTO Alinity ci-series System Control Module, referencia 03R70-01. Ver UDIs y números de serie afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema integrado de análisis de química clínica e inmunoensayos.	
VERSION SOFTWARE 3.6.1 e inferiores.	
FABRICANTE Abbott Laboratories, Estados Unidos.	
DISTRIBUIDOR Abbott Diagnostic European distribution, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Alemania.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del sistema Alinity ci-series System Control Module debido a la posibilidad de obtener resultados incorrectos por posibles incidencias del software.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

