

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-612	REFERENCIA PS/MBF/128914
PRODUCTO Monitores de Paciente Philips IntelliVue. Ver nº de producto y UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FINALIDAD PREVISTA Monitorización multiparamétrica enlazando módulos independientes mediante la combinación de la gestión de datos y la vigilancia del paciente.	
FABRICANTE Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR PHILIPS IBÉRICA, S.A., C/ María de Portugal nº 1, 28050 Madrid.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con determinados Monitores de Paciente Philips IntelliVue, debido a la posibilidad de que se produzcan retrasos en el tratamiento o sucesos adversos al desactivar las alarmas del monitor de paciente.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

