

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-622	PS/PL/129237
PRODUCTO	
<ul style="list-style-type: none"> • Carro 1202 Flex Focus, números de modelos UA1214 y UA1814 • Ecógrafo 1300, bkSpecto con batería, números de modelos 1300-21 y 1300-S1 • Ecógrafo bk3000 con batería, número de modelo 2300-11 • Ecógrafo bk3500 con batería, número de modelo 2300-41 • Ecógrafo bk5000 con batería, número de modelo 2300-61 • Ecógrafo 2300, bkActiv con batería, número de modelo 2300-66 	
FINALIDAD PREVISTA	
Sistemas ecográficos de diagnóstico por imagen.	
FABRICANTE	
BK Medical Aps, Dinamarca.	
DISTRIBUIDOR	
Palex Medical S.A, Camí del Mig 57-61, 08940 Cornellà de Llobregat.	
ASUNTO	
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados ecógrafos Flex Focus, bkSpecto, bk3000, bk3500, bk5000 y bkActiv, con batería, debido a la actualización de las instrucciones de uso para incluir información sobre el manejo y mantenimiento de las baterías para evitar el mal funcionamiento del sistema o el riesgo de humo o fuego.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS:	
<ul style="list-style-type: none"> • Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.