

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-273	<b>REFERENCIA</b> PS/PL/120612
<b>PRODUCTO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3M™ Ranger™ Juego de calentamiento de sangre/fluidos, números de referencia 24355 y 24370, utilizado con la Unidad 3M™ Ranger de calentamiento de sangre/fluidos, referencia 245.</li> <li>• 3M™ Ranger™ Juego de calentamiento para fluidos de irrigación, número de referencia 24750 utilizado con la Unidad 3M™ Ranger™ de calentamiento para fluidos de irrigación, referencia 247. Ver UDI-DI de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.</li> </ul>	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Destinado a calentar los fluidos de irrigación hasta alcanzar la normotermia.	
<b>Nº LOTE</b> Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> 3M Company, EEUU.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> KCI Clinic Spain SL, C/ Serrano 41, 28001 Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de calentamiento de sangre/fluidos y de fluidos de irrigación 3M Ranger, debido a la actualización de las instrucciones de uso y de los manuales de usuario de las unidades de calentamiento correspondientes relativas al flujo y a la temperatura del fluido.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota de aviso empresa</li> </ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

