

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-623	<b>REFERENCIA</b> PS/SSP/128701
<b>PRODUCTO</b> Alambre de guía recto HYBRID. Referencia HYBRID007D, UDI-DI 03700481334331.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Facilitar la colocación de catéteres para uso diagnóstico o terapéutico en el eje vascular intracraneal.	
<b>Nº LOTE</b> 00535219	
<b>FABRICANTE</b> BALT EXTRUSION SAS, Francia.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Balt Spain Medical. Avda. Diagonal, 482, 4º-1ª, 08006. Barcelona, España.	
<b>ASUNTO</b> Retirada del mercado del lote 00535219 de los alambres guía rectos HYBRID debido a la posibilidad de que se produzca fricción durante el desplazamiento de dichos alambres en el microcatéter.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

