

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-630	REFERENCIA PS/PL/129411
PRODUCTO Ensayo Elecsys Anti-TSHR. Referencia: 08496633190 y 08496609190.	
FINALIDAD PREVISTA Inmunoensayo in vitro para la determinación cuantitativa de autoanticuerpos contra el receptor de la tirotropina (TSHR) en suero humano por medio de un anticuerpo monoclonal humano estimulador del tiroides.	
Nº LOTE 840177 (cobas e 411) y 840183 y 874011 (cobas e 402 cobas e 801).	
FABRICANTE Roche Diagnostics GmbH, Alemania.	
DISTRIBUIDOR Roche Diagnostics SL, Av. de la Generalitat 171-173, 08174 Sant Cugat del Vallès.	
ASUNTO Cese de utilización de determinados lotes del ensayo Elecsys Anti-TSHR en los analizadores cobas e 411, cobas e 402 y cobas e 801, debido a la posibilidad de que se obtengan resultados discrepantes.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

